



保为康[®]
POWECOM

广州市保为康劳保用品有限公司
Guangzhou Powecom Labor Insurance Supplies Co., Ltd

成品检验报告

编号: BWK220110

产品名称	无纺布防护口罩	型号	DM95	数量规格	50 只/盒*40 盒
生产批号	20220109	批件数量	50 件	检验数量	20pcs

检验依据: Q/GZBWK 5-2020

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其它明显缺陷。	符合
2	口罩带	口罩带与主体连接处应能承受 3N 拉力。	均>10N 无断裂
3	吸气阻力	吸气阻力 ≤ 175 Pa	均 < 65 Pa
4	呼气阻力	呼气阻力 ≤ 175 Pa	均 < 58 Pa
5	过滤效率	非油性颗粒过滤效率 $\geq 20\%$	均 $> 93.6\%$
品质专用章			
不合格数量	0	结果判断	☒ 合格 ☐ 选用 ☐ 报废
检验员/日期	吴金高 10/1	批准/日期	刘正 10/1