

检验检测报告



No: 220341225

防伪查询网址: www.gtcc.net.cn

防伪码: ELWY-7757-54


共6页 第1页

扫码下载报告



委托单位	深圳市启安安全设备有限公司 地址: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区和盛工业区盛和兴工业园A栋201		
客户认定信息	一次性防护口罩 1盒 商标: 安美尚(ams) 生产日期: 2022-10-26 型号规格: A9501 生产单位: 深圳市启安安全设备有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2022-10-27
		报告签发日期	2022-11-03
判定依据	T/CTCA 7-2019 《普通防护口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	T/CTCA 7-2019	符合
	颗粒过滤效率	T/CTCA 7-2019	符合
	通气阻力	T/CTCA 7-2019	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 赖红敏 工程师




样品图片

No:220341225

共6页 第2页



样品图片

No:220341225

共6页 第3页



样品图片

No:220341225

共6页 第4页



样品图片

No: 220341225

共6页 第5页

产品合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

产品名称: 一次性防护口罩

规格型号: A9501

材料成分: 无纺布+熔喷布

生产日期: 2022-08-30

检验员:

生产厂家: 深圳市启安安全设备有限公司

本产品经检验符合规定的
质量标准, 准予出厂。



检验检测报告附页

No:220341225

共6页 第6页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●口罩带及口罩带 与口罩体的连接处 断裂强力	YY 0469-2011 5.4	$\geq 10N$	符合要求	符合	---
●颗粒过滤效率 (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量: 30L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m ³ 温度: 23.7℃ 相对湿度: 36.4%	≥ 80	1# 97.32 2# 97.19 3# 97.38	符合	---
●通气阻力(Pa)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量: 30L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m ³ 温度: 23.7℃ 相对湿度: 36.4%	≤ 80	1# 33.7 2# 32.3 3# 32.8	符合	---
备 (本栏空白)					
注					

——本报告结束——

